



防爆合格证

证号: GYJ19.1373X

由 Fuji Electric Co., Ltd.
(地址: 1 Fuji-machi, Hino-shi, Tokyo, Japan)

制造的产品:

名称 氧检测器
型号规格 ZFKE系列
防爆标志 Ex d IIC T4 Gb
产品标准 /
图样编号 TC427746

经图样及技术文件的审查和样品检验, 确认上述产品符合 GB 3836.1-2010、GB 3836.2-2010 标准, 特颁发此证。

本证书有效期: 2019年10月11日至2024年10月10日

备注 1. 安全使用注意事项见本证书附件。
2. 证书编号后缀“X”表明产品具有安全使用特殊条件, 内容见本证书附件。
3. 型号规格说明见本证书附件。

站长



国家级仪器仪表防爆安全监督检验站

颁发日期二〇一九年十月十一日

本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。

地址: 上海市漕宝路103号
邮编: 200233

网址: www.nepsi.org.cn
Email: info@nepsi.org.cn

电话: +86 21 64368180
传真: +86 21 64844580