



# 防爆合格证

证号: GYJ19.1372X

由 Fuji Electric Co., Ltd.  
(地址: 1 Fuji-machi, Hino-shi, Tokyo, Japan)

制造的产品:

名称 氧变换器  
型号规格 ZKME系列  
防爆标志 Ex d II C T6 Gb  
产品标准 /  
图样编号 TC305695

经图样及技术文件的审查和样品检验, 确认上述产品符合 GB 3836.1-2010、GB 3836.2-2010 标准, 特颁发此证。

本证书有效期: 2019年10月11日至2024年10月10日

备注 1. 安全使用注意事项见本证书附件。  
2. 证书编号后缀“X”表明产品具有安全使用特殊条件, 内容见本证书附件。  
3. 型号规格说明见本证书附件。

站长

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站

颁发日期二〇一九年十月十一日



本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。

地址: 上海市漕宝路103号  
邮编: 200233

网址: [www.nepsi.org.cn](http://www.nepsi.org.cn)  
Email: [info@nepsi.org.cn](mailto:info@nepsi.org.cn)

电话: +86 21 64368180  
传真: +86 21 64844580